

370-0831

施設No. 9600123

群馬県 高崎市

あら町5-1

(株)メディック

検査室 田中 様

令和7年度

群馬県臨床検査精度管理調査

施設別報告書

群馬県臨床検査精度管理協議会

施設別報告書について

【はじめに】

平成24年度よりシステムを変更しJAMTQCを使用し,施設別報告書の作成を行っています.
評価方法は評価A,B,C,Dで評価をおこないました.

【評価について】

部門によって異なります.
各部門の評価基準を参照ください.

【表示について】

《定量項目》

報告値, SD, SDI, 評価結果を表示しました.
SDI統計データは, SDI計算の基となる統計データを表示しました.
評価基準は, 評価設定の基となる統計データを表示しました.

《定性・フォト・設問項目》

報告値, 正解・不正解, 評価結果を表示しました.

【統計コメントについて】

定量項目の統計コメントは下記のように設定しています.

- *1 : この分析値はSDIが ± 2.0 以上で ± 3.0 未満です.
 - *2 : この分析値はSDIが ± 3.0 以上です.
 - *3 : この分析値は極端値として除外されました.
 - *4 : 同じグループの施設数が10以下のため
統計的な評価の信頼性が低くSDIの評価をしません.
 - *5 : 同じグループのCVが20%以上のためSDI評価の信頼性が低くなります.
 - *6 : 同じグループのSDが0.0のためSDI値の算出が不能です.
- ↑↓ : 以上、以下の入力があったことを示します.

免疫血清検査

【定量項目 (CRP定量、PSA)】

1. 今年度より,測定機器によって測定下限が異なるため, 測定機器ごとに評価した。また, CRPドライケムについてはシステムの都合上, 単独で評価した。
2. 極端値 ($\pm 3SD$ 2回除去による) を除外した後の平均値を目標値としてSDIを算出し, SDIの絶対値が2.0未満を評価A (正解), 2.0~3.0未満を評価B (許容正解), 3.0以上を評価D (不正解) として評価Cは設定しない。
3. 検出感度以上または以下と回答した場合, 「貴施設報告値」に検出感度上限値または下限値を入力し, 評価対象外とした。

【定性項目 (梅毒TP抗体、HBs抗原、HCV抗体)】

1. 国立感染症研究所体外診断薬委員会の評価において感度が良いとされる試薬の結果を基準として, 各試薬メーカーの検証結果も踏まえて総合的に判断した。評価A (正解), 評価D (不正解) とし, 評価B, 評価Cは設定しない。
2. 感染症項目の定量結果についての評価はしない。自動分析機器における計測値(出力値)を試薬別に集計したが, SDIおよび統計コメントは参考。

【定性項目】

		貴施設回答	評価
梅毒TP抗体	試料401	(1) 陰性(-)	評価A
	試料402	(2) 陽性(+)	評価A
HBs抗原	試料401	(1) 陰性(-)	評価A
	試料402	(2) 陽性(+)	評価A
HCV抗体	試料401	(1) 陰性(-)	評価A
	試料402	(2) 陽性(+)	評価A

【評価】

項目	評価		評価
梅毒TP抗体	試料401	評価A	試料402 評価A
HBs抗原	試料401	評価A	試料402 評価A
HCV抗体	試料401	評価A	試料402 評価A

令和7年12月

(株) メディック
施設長 殿

群馬県医師会長
須藤 英 仁

令和7年度（第40回）群馬県臨床検査精度管理調査

施設総合評価報告書

本年度サーベイにおける貴施設の評価対象項目に対する結果は、
以下のとおりです。

分野	評 価 対象数	評価A+B 件数 (%)	評価C 件数 (%)	評価D 件数 (%)
免疫血清	6	6 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	6	6 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

評価A, もしくは評価Bとなることが望ましい。
なお, 評価対象数には対象外となった項目は含みません。